

樣本去除甲型流感病毒H1N1 的測試結果

樣本 操作時間	30立方米密封空間內的 甲型流感病毒H1N1去除率
20分鐘	99.73%至>99.99%
40分鐘	99.99%至>99.99%
60分鐘	>99.99%